Description générale	Doppler Fœtal de poche avec sonde détachable et écran LCD	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence série	Oui	Dans l'emplacement des piles = « SN »
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau, de l'alcool désinfectant ou un produit désinfectant. Faire attention qu'aucun liquide ne rentre dans le boîtier. Appareil non étanche.
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) , benzène, éther,acétone.	
Pièces constitutives	Oui	2 Piles 1.5V (alcaline AA (LR6) + sonde adaptée CD2.0 , 2 Mhz interchangeable.
Matières	En ABS sans plomb	
Contient du Latex	Non	
Rohrs		
Standard fabrication	SO	
Étiquetage	Oui	Nom, référence ,CE0123 , COMED,
Emballage	Oui	Dans une boite en carton et une pochette de transport noire.
Stockage particulier	Oui	Dans un lieu où la température ambiante est comprise entre -20 et 40°C, à une humidité relative de ≤ 80%. Dans un endroit sec et propre.
Marquage sur le DM	Oui	Nom du produit, noms ou symboles des différents boutons. Numèro de série et date de fabrication.

Références	**23 300 10**	**23 300 14**	**23 300 18**
Désignation	Doppler fœtal de poche avec sonde 2 Mhz	Sonde 4 Mhz adaptable	Sonde 8 Mhz adaptable
Dimensions Lo x La x H (mm)	135 x 95 x 35		
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc
Poids net (g)	190		
Température d'utilisation(C°)	+5 à 40°C	+5 à 40°C	+5 à 40°C
Hydrométrie	Max 80%	Max 80%	Max 80%
Normes de sécurité	IEC 60601-1 :1998 / A1 :1991 /A2/ 1995	Recommandé pour les examens vasculaires profonds	Recommandé pour les examens vasculaires superficiels
Type d'affichage	Écran LCD 43 x 22 mm Rétro-éclairé		
Consommation électrique	≤ 50mA		
Perte de puissance	<0.8W		
Pression atmosphérique	70 kPa – 106 kPa		
Plage de mesure du rythme cardiaque	50 à 210bpm /+- 3 bpm		
Fréquence de la sonde nominale	2.0 MHz +- 10%	4.0 MHz +- 10%	8.0 MHz +- 10%
Pression acoustique négative de crête	P<=1 Mpa		

Utilisation	Applicable à la mesure du rythme cardiaque du fœtus au dessus de 12 semaines.
Mode d'emploi	Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil
Précaution d'emploi	L'environnement doit être propre, calme, et ne doit pas contenir de matériaux corrosifs ou inflammables. Si l'appareil est éclaboussé ou contaminé par des gouttes d'eau, veuillez cesser de l'utiliser. L'environnement ne doit pas être perturbé par des sources électro magnétiques ou des émetteur-récepteurs ou téléphone mobile. Voir manuel d'utilisation. Utilisez la sonde adéquate pour les examens recherchés.
Recyclage/Récupération	Oui/Dans les bacs prévus pour les appareils électrique-électronique DEEE
DEEE/REACH	Oui/NC
PVC/ PHTALATES	Non/ Non
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul